

生物学的基準範囲		2.8 ng/mL 以下 エクルーシス試薬シフラ 21-1 試薬添付文書				
臨床判断値		設定なし				
基準値					単位	ng/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
0	2.8	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		<p>シフラ(cytokeratin 19 fragment;CYFRA)は、上皮細胞の中間径フィラメントの構成蛋白であるサイトケラチン分子種の一つであるサイトケラチン 19 の可溶性フラグメントの通称である。</p> <p>各種サイトケラチンには一定の細胞種特異性が存在する。このうちサイトケラチン 19 は広く上皮性細胞に分布し、肺の非小細胞癌、とりわけ扁平上皮癌や腺癌で多量に産生されることが知られている。</p> <p>三菱化学メディエンス 検査項目解説 改訂第 4 版 334</p>				